



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta**

Via Bologna, 148 - 10154 - Torino

S.C. Tecnico Logistica ed Appalti
Responsabile: Dr Massimo Vicario

U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori

Responsabile: Fiorenza Burzio

Tel. n.: 011 2686379-206-205-377 - Fax: n. 011 281071

e-mail: gare@izsto.it

PEC: izsto@legalmail.it

Torino, lì 20 agosto 2018

CHIARIMENTI N. 2

Oggetto: procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento della fornitura di n. 2 spettrometri per i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Quesito:

LOTTO 2

La descrizione nel disciplinare di gara per come riportata al punto 6.1 cita testualmente: Generatore di radiofrequenza allo stato solido a 27 MHz o 40 MHz in grado di lavorare in condizioni sia di plasma freddo sia di plasma caldo.

Chiediamo gentilmente di confermare che i valori di 27 e 40 MHz sono da intendersi come limite inferiore e superiore di un intervallo di accettabilità per la frequenza del generatore. I recenti sviluppi tecnologici hanno reso disponibili ulteriori frequenze di funzionamento.

Chiarimento:

Si conferma che i valori di 27 e 40 MHz sono da intendersi come limite inferiore e superiore di un intervallo di accettabilità per la frequenza del generatore.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo VICARIO)**