



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta**
Via Bologna, 148 - 10154 - Torino

S.C. Tecnico Logistica ed Appalti
Responsabile: Dr Massimo Vicario
U.O. Gare, Contratti e Albo Fornitori
Responsabile: Fiorenza Burzio
Tel. n.: 011 2686379-206-205-377 - Fax: n. 011 281071
e-mail: gare@izsto.it
PEC: izsto@legalmail.it

Torino, li 6 settembre 2018

RETTIFICA N. 2

Oggetto: procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento della fornitura di n. 2 spettrometri per i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

A causa di mero errore materiale nelle specifiche minime riportate ai punti 10.7 e 10.8 della Scheda tecnica di cui all'*Allegato 5.2 - Scheda tecnica Lotto 2* (rispettivamente “*Accuratezza della temperatura comparto campioni*” e “*Stabilità temperatura comparto campioni*”) è stato indicato il valore $\pm 1^{\circ}\text{C}$ in luogo di $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

L'allegato *Allegato 5.2*, di conseguenza, è stato rettificato e sostituito in data odierna.

Si invitano i concorrenti a scaricare il documento aggiornato.

Restano invariate tutte le altre indicazioni e prescrizioni del Disciplinare di gara n. 2018/76 e dei relativi allegati.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELLA S.C.
TECNICO-LOGISTICA ED APPALTI
(Dott. Massimo VICARIO)**

Fb/mv